

# SANITASERVICE ASL BA SRL



Soggetta al controllo analogo del socio unico ASL di Bari  
Sede legale: Lungomare Starita, 6 - 70123 Bari  
Sede operativa: via G. Verdi, 38 - Tel.0803217901 Fax 0803217916  
Capitale Sociale Euro 100.000,00 interamente versato  
CF - P. IVA 07077140726  
E-mail: [sanitaservice@asl.bari.it](mailto:sanitaservice@asl.bari.it)  
Web site: [www.sanitaserviceaslba.it](http://www.sanitaserviceaslba.it)

SANITASERVICE ASL BA s.r.l.	
08 NOV. 2021	
Prot. N. 1817	IN/OUT

## VERBALE DI GARA N. 5

27/10/2021

**OGGETTO:** gara a procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento della fornitura, tramite leasing operativo ovvero leasing finanziario con opzione di riscatto finale, di n. 50 ambulanze di tipo "a" per la SANITASERVICE ASL BA s.r.l.

**CIG:** 8860299609

L'anno 2021, addì 27 del mese di ottobre, alle ore 15:20 circa, in seduta riservata, presso la sede operativa della SANITASERVICE ASL BA S.r.l., Via Giuseppe Verdi n. 36 - Bari, si è costituito la Commissione Giudicatrice composta dai signori:

<b>Dott. Giovanni Zagaria</b>	Presidente della Commissione Giudicatrice
<b>Dott. Guido Quaranta</b>	Componente
<b>Avv. Antonio Zottarelli</b>	Componente
<b>Avv. Vito Di Natale</b>	Componente
<b>Dott. Sebastiano Lopez</b>	Componente
<b>Ing. Maurizio Stasolla</b>	Segretario Verbalizzante

Nominati dall'Amministratore Unico della SANITASERVICE ASL BA S.r.l. con nota prot. n. 1636-OUT del 12/10/2021 quali componenti della Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice prosegue con l'analisi della documentazione tecnica presentata dalla società ORION S.p.A., al fine di verificare la presenza/assenza dei requisiti tecnici minimi indicati nel capitolato tecnico di gara.

La Commissione Giudicatrice dalla lettura dell'offerta tecnica della società ORION S.p.A. rileva le seguenti difformità dell'offerta tecnica rispetto a quanto richiesto dal capitolato tecnico:

### SEDUTE

Il capitolato tecnico al punto C.2 prevede: "n. 1 sedile a seduta ribaltabile completo di cintura a 3 punti FASP, fissato su basamento con meccanismo girevole azionato tramite manovellismo per consentire all'assistente di operare nella zona della testa, della laringe, e toracica".

La relazione tecnica della società ORION S.p.A. al punto C.2 non prevede una seduta con le caratteristiche tecniche sopra descritte e richieste obbligatoriamente dagli atti di gara.

### **BARELLA AUTOCARICANTE**

Il capitolato tecnico al punto F.1 prevede: "n. 1 barella autocaricante inox ad altezza variabile certificata EN1865 con 4 ruote girevoli completa di materasso e cinture completo di sistema di fissaggio certificato EN1789".

La documentazione tecnica presentata dalla società ORION S.p.A. non prevede le seguenti caratteristiche tecniche obbligatorie:

- Nella documentazione tecnica non emerge che le strutture sono realizzate in acciaio inox;
- Nella documentazione tecnica manca la conformità alla certificazione EN1865;
- Nella documentazione tecnica manca la conformità alla certificazione EN1789.

### **SEDIA PORTANTINA**

Il capitolato tecnico al punto F.1 prevede: "n.1 Sedia portantina pieghevole scendiscale assistita con braccioli certificata EN1865 completa di sistema di fissaggio".

La documentazione tecnica presentata dalla società ORION S.p.A. non prevede le seguenti caratteristiche tecniche obbligatorie:

- Nella documentazione tecnica manca la certificazione EN1865;

### **SUPPORTO BARELLA**

Il capitolato tecnico al punto F.1 prevede: "n. 1 supporto barella traslabile monovano con piano e ribaltina 180 certificato EN1789".

La documentazione tecnica presentata dalla società ORION S.p.A. non prevede le seguenti caratteristiche tecniche obbligatorie:

- Nella documentazione tecnica manca la certificazione EN1789.

La Commissione Giudicatrice al termine della valutazione dell'offerta tecnica, dopo ampia ed approfondita discussione sui singoli aspetti tecnici, dichiara - all'unanimità - che l'offerta tecnica della società ORION S.p.A. **non presenta tutti** i requisiti tecnici minimi richiesti dalla stazione appaltante e pertanto non può essere ammessa alla prosecuzione della gara.

Alle ore 18:10 circa la Commissione Giudicatrice decide di sospendere i lavori e di aggiornarsi al giorno 3 novembre 2021 alle ore 15:30, in seduta riservata, per confermare le decisioni assunte nelle sedute precedenti.

Il presidente della Commissione Giudicatrice dispone che i PLICHI e tutta la documentazione vengano riposti in un contenitore sigillato che sarà custodito in un armadio debitamente chiuso a chiave a cura del segretario della Commissione Giudicatrice.

Letto, confermato e sottoscritto.

I componenti della Commissione Giudicatrice:

**Dott. Giovanni Zagaria**

**Dott. Guido Quaranta**

**Avv. Antonio Zottarelli**

**Avv. Vito Di Natale**

**Dott. Sebastiano Lopez**

Il segretario verbalizzante:  
**Ing. Maurizio Stasolla**

